

Генеральному директору ООО «Счетчик»

Смирновой А.В.

От ИП Готина Е.В. Хабаровский край,
п. Ванино, ул.Мичурина, дом 25, оф.1

ИНН 270906159576

Прошу вас произвести диагностику Длинномера ДМ-18-2Э, серийный номер № 200803-1, дата выпуска 03.08.2020г..

Данный длиномер стал выдавать не верные показания. Несколько раз в день приходилось выполнять калибровку. Прибор был установлен в теплом помещении, на столе. Внешних следов воздействия не имеет. Чистку датчиков производили.

ИП Готина Е.В.

